



СЕРТИФИКАТ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ



№ 14776 от 3 января 2022 г.

Срок действия до 8 мая 2024 г.

Наименование типа средств измерений:

Счетчики воды ультразвуковые «Пульсар»

Производитель:

ООО НПФ «ТЕПЛОВОДОХРАН», г. Рязань, Российская Федерация

Документ на поверку:

СТБ 8046-2015 «Счетчики холодной питьевой и горячей воды. Методика поверки»

Интервал времени между государственными поверками:

для счетчиков воды с DN15, DN20 - 60 месяцев;

для счетчиков воды с DN25 до DN150 - 24 месяца;

для счетчиков воды с DN200 – 48 месяцев

Тип средств измерений утвержден постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 03.01.2022 № 1

Средства измерений данного типа средства измерений, производимые в период срока действия данного сертификата об утверждении типа средства измерений, разрешаются к применению на территории Республики Беларусь в соответствии с прилагаемым описанием типа средств измерений.

Заместитель Председателя комитета



А.А.Бурак

Месум